



**ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL**  
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY  
BUDAPEST XII, NEMETVÖLGYI ÚT 37-39.  
1535 Budapest 114, Pf. 919  
Telefon: 458-5843  
Telefax: 458-5887

Ügyiratszám: 2264/2006  
Ügyintéző: Kőszegi József  
Tárgy: hitelesítő laboratóriummá nyilvánítás  
1 lap/1. oldal

**TiszaTeszt Méréstechnikai Kft.**

**Tiszavasvári**

**Kabay János út 29.  
4440**

## HATÁROZAT

A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29. sz. alatti telephelyen üzemeltetett laboratóriumát a benyújtott kérelem alapján jelen határozat visszavonásáig, de legkésőbb **2009. 07. 27-ig**

**hitelesítő laboratóriummá nyilvánítom,**

és a laboratóriumban az alábbi mérőeszközök OMH által történő hitelesítését engedélyezem:

- A, B, C osztályú **hideg- és melegvízmérők** a hatályos HE 6, HE 79 szerint, nemzeti eljárás keretében,  $Q_n < 150 \text{ m}^3/\text{h}$  névleges térfogatáram tartományban,
- víztől eltérő folyadékok **átfolyásmérői** a hatályos HE 78/2 szerint, nemzeti eljárás keretében,  $Q_{max} < 150 \text{ m}^3/\text{h}$  maximális térfogatáram tartományban,
- kompakt **hőfogyasztásmérők** a hatályos HE 51 szerint,  $Q_p < 150 \text{ m}^3/\text{h}$  névleges térfogatáram tartományban,
- **hőfogyasztásmérő részegységek** a hatályos HE 51 szerint
  - **átfolyásmérő** a  $Q_p < 150 \text{ m}^3/\text{h}$  névleges térfogatáram tartományban,
  - **számítóegység** (Pt 100 és Pt 500 bemenetű)
    - hőmérséklettartomány: (0...180)°C
    - hőmérsékletkülönbség tartomány: (3...150) K
  - **hőmérsékletérzékelő pár** (Pt 100 és Pt 500)
    - hőmérséklettartomány: (0...180)°C
    - hőmérsékletkülönbség tartomány: (3...150) K
  - **számítóegység hőmérsékletérzékelő párral**
    - hőmérséklettartomány: (0...180)°C
    - hőmérsékletkülönbség tartomány: (3...150) K

Engedélyes a hitelesítési feladatok ellátása érdekében köteles:

- használati etalonjainak és mérőeszközeinek visszavezettségét az előirt módon folyamatosan biztosítani:
  - a hitelesített mérőeszközöknek érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal kell rendelkeznie,
  - a hőfogyasztásmérők hitelesítésénél alkalmazott kalibrált használati etalonoknak és mérőeszközöknek OMH által kiadott 2 évnél nem régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie,
  - az egyéb kalibrált mérőeszközöknek 2 évnél nem régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie,
- a hitelesítéshez szükséges segédberendezéseket, készülékeket, használati etalonokat műszakilag, mérés technikailag kifogástalan állapotban tartani,

‰



- a vonatkozó, hatályos HE 6, HE 51, HE 78/2, HE 79 hitelesítési előírásokban előírt feltételeket folyamatosan biztosítani,
- a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
- a tevékenységet érintő működésben, a kérelemnek mellékletként benyújtott dokumentációjában bekövetkezett változásokat 8 napon belül írásban jelenteni az OMH Engedélyezési és Informatikai Főosztályának, ideértve a tevékenység ideiglenes felfüggesztését vagy megszüntetését is.

Jelen engedély a feltételek folyamatos fennállása esetén kérelemre hosszabbítható, melyet az engedély lejártá előtt legalább 30 nappal főosztályomhoz kell benyújtani. A laboratórium fenti határidő utáni működtetéséhez új laboratóriummal nyilvánítási eljárás szükséges.

Az ügyben felmerült 307500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által az Országos Mérésügyi Hivatal javára vezetett 10032000-01714483-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 30750 Ft. A fellebbezést az Országos Mérésügyi Hivatal elnökéhez, mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az OMH Engedélyezési és Informatikai Főosztálynál kell benyújtani. Elektronikus úton a fellebbezést a fellebbezes@omh.hu elektronikus levélcímen nyújthatja be, a fellebbezés díját pedig a fent megjelölt bankszámlaszámra fizetheti be.

### INDOKOLÁS

A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. hivatalunkhoz érkezett levelében kérelmezte az általa üzemeltetett laboratórium hitelesítő laboratóriummal nyilvánítását.

A kérelem elbírálása céljából figyelembe vettem a beküldött dokumentációt, a helyszíni szemle jegyzőkönyv megállapításait, az OMH Alapmérések Főosztály I. Alapmérések Főosztály II. és az OMH MértékHITELESÍTŐ Hivatal, Szolnok javaslatát, és kérelemnek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adok.

A határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-án, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bekezdéseire és 10. § (1) bekezdésére, a hatásköröm és illetékességem az 1991. évi XLV. törvény 3. §-ának (1)-(2) bekezdéseire, a fellebbezési lehetőség a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdéseire, valamint a 99. § (1) bekezdésére, a fellebbezés díjának mértéke a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. 07. 27.



Schmalhofer Károly  
főosztályvezető

Kapja: Címzett  
OMH területi szervei Lotus Notes-on,  
OMH Alapmérések Főosztály I. Lotus Notes-on,  
OMH Alapmérések Főosztály II. Lotus Notes-on,  
Irártár